** 2023 年 7 月改訂（様式第 3 版）
＊ 2017 年 3 月改訂（様式第 2 版）
認証番号：20700BZY00497000

機械器具 49　医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
管理医療機器　単回使用穿孔器　JMDN コード：12989002

販売名　セイフティピアッサー

再使用禁止

【警告】
本品は滅菌品であるため、開封済の未使用品や、包装が破損されている場合は使用しないこと。

【禁忌・禁止】
再使用禁止。本品は単回使用であるため、使用後は廃棄すること。

【形状・構造及び原理】
＜V型＞



**＜N型＞



＜ONE　PIECE型＞



＜穿孔針の素材＞
ステンレス鋼、ポリカーボネート、純チタン、
純金めっきを施したステンレス鋼
純チタンめっきを施したステンレス鋼

**＜原理＞
本品の本体は穿孔針端の頭部を収納し支持する部（インサートカートリッジ又は頭部収納部）と、留め具又は受け箱を収納し支持する部から成っているステープル型の穿孔器である。この二つの支持部を接近させるように本体を強く握り締めることにより、組織の一部に孔をあけることが出来る。
穿孔後、V型・N型の場合は、二つの支持部は離開し、インサートカートリッジが脱落し、穿孔は完了する。ONE　PIECE型の場合は、頭部収納部上蓋が上方へ解放され、穿孔は完了する。

【使用目的又は効果】
組織の一部に孔をあける穿孔器として使用する。

【使用方法等】
1. 滅菌包装に破損がないことを確認したのちに開封し、穿孔針に触れないように注意し、本品を取り出す。

2. 穿孔針先端を消毒した穿孔部位に当て、穿孔針と留め具又は受け箱が接近する方向に強く握り締めると穿孔針は組織を穿孔し、穿孔針先端が留め具又は受け箱に係合する。

**3. ＜V型・N型＞
握り締めた力を緩めると、穿孔針の頭部を収納しているインサートカートリッジが本体より脱落し、穿孔は完了する。
＜ONE　PIECE型＞
穿孔針先端が留め具又は受け箱と係合後、頭部収納部上蓋が上方へ解放され、穿孔は完了する。

【使用上の注意】
- 使用前に滅菌包装に破損がないことを確認すること。
- 本品は滅菌包装されているため、開封後すぐ使用すること。
- 開封後は、穿孔針に手を触れずに使用すること。
- 本品は単回使用医療機器であるので、再使用しないこと。
- 金属アレルギーの恐れがある場合には、ポリカーボネート・純チタン・純チタンめっきを施したステンレス鋼のいずれかの穿孔針を使用すること。

【保管方法及び有効期間等】
＊保管方法：直射日光を避け、室温で保管
＊有効期間（使用期限）：製造後 10 年（自己認証）
有効期間（使用期限）を過ぎた製品は使用しないこと。
＊※ロット番号の読み方（例）3417

3　4	1　7
製造週	製造年（西暦下二桁）

製造週は製造年の元旦から数えた週番号です。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者：JPS 株式会社
電話番号：03-5992-0760

製造業者：STUDEX CORPORATION（米国）

ご使用の前に裏面の添付文書を必ずお読みください。ピアッシング動画やケアの方法など、より詳しい情報はJPSホームページでもご覧いただけます。

検索ワード　JPS ピアス（www.jps.ac）

耳たぶ　軟骨

部位ごとのピアッシング動画は各QRコードから直接ご覧いただけます。
※軟骨は硬いので両手でしっかりと最後まで握りしめてください。

①穴を開ける位置に印をつけ、周辺を消毒します。

②印に向かって握りしめていくと一時停止します。停止しない製品もあります。その場合はピアスの先端が印に触れたところで止めてください。

③ピアスと皮膚が直角になっていることを確認し、滑り止め部分（矢印）に指をあてて更に強く最後までしっかり握りしめ1秒ほど保持してください。

本体が白色のピアッサー

④手を緩めるとピアッサーは開いて、ピアスを押さえていた透明のパーツが外れて落下し、本体からピアスが外れます。

⑤ピアッサーを下に引いて外します。



本体が半透明のピアッサー

④手を緩めて下方に引くと上ぶたが開いて本体からピアスが外れます。
握りしめ不足でキャッチに届いていなければ絶対に開きません。
再度、しっかりと握りしめてください。



⑤ピアッサーを下に引いて外します。



※女性の場合、握力が弱いので両手で握りしめることをおすすめします。

半透明ピアッサー 耳たぶ

※ピアスがキャッチに届いているのに開かない場合にはⒶの隙間に爪先を入れて持ちあげるか、Ⓑを両端から強くつまみながら持ちあげると開きます。



へそ

バナナバーベル

ストレートニードル

a. 印のつけ方
寝た状態で8〜10mmの間隔に入口と出口の印をつけ、2点の中間にも印をつけます。
専用ピンセットの根本の穴を利用してください。



b. 専用ピンセットの使い方
中間の印を頂点にして皮膚を折り、入口と出口の印が円の中心にくる位置でつまみます。

c-1. キャッチのつけ方/バナナバーベル
ボックスを左に回してニードルを外し、付属のボールキャッチを右に回してピアスの軸に取りつけます。
※ボックスは決して引っ張らないでください。ニードルが外れなくなります。

c-2. バーベルピアスのつけ方・ストレートニードル
ニードルの頭にバーベルピアスを右に回して取り付けます。ボックスを左に回してニードルの先端を外し、ボールキャッチを右に回してバーベルピアスに取りつけます。

舌　くちびる

キャッチのつけ方
透明の仮キャッチを外し、付属のボールキャッチを右に回してピアスに取りつけます。

トラガス

キャッチのつけ方
付属のボールキャッチを右に回してピアスに取りつけます。
※耳の穴にボールキャッチが入らないようご注意ください。

鼻　まゆ

アフターケア

4〜6週間はピアスを外さず、1日1回必ずケアを行なってください。

基本的なケア方法

ピアスを前後に移動させて、軸の部分（①②）にジェル状消毒剤プラスジェルをつけます。ピアスを前後に動かしながらシャワーなどでプラスジェルを洗い流し、最後に綿棒などで拭き取ります。

※ジェルをつけることによって前後に動かしやすくなります。（必要なのはホール内の消毒です）
※前後についたジェルがシャンプーなどのホール内への侵入を防ぎます。（液状の消毒剤では保護できません!!）
※夜間は枕などの圧迫を避けるため前方に押し出しておやすみください。

鼻のケア方法

最初の1週間ほどは外れやすいので、就寝時はテープなどで固定してください。

ピアスが抜けないように注意しながら、プラスジェルをつけた綿棒でピアスの軸部分（①）を拭きます。ピアスの頭を押さえながら先端の軸（②）を拭き、最後に水に濡らした綿棒で拭き取ります。



舌のケア方法

飲食後に薬用うがい薬を使用してください。

くちびるのケア方法

プラスジェルはくちびるの外側の軸だけに使用し口内は薬用うがい薬を使用してください。

※ピアスをつけてのパーマやサウナまたは長時間の日光浴は避けてください。
※発赤・腫脹・痛み等が出現したり、2ヶ月以上経過しても不安定な場合にはピアスを外すか、医師にご相談ください。

お問合せ・全国専門医のご紹介はこちら
Tel: 03-5992-0760　E-mail: info@jps.ac

JUL2023 ver.4.9